INSTRUMENTS DENTO-VIRACTIS 59

DENTO-VIRACTIS 59 est parfait pour le nettoyage et la pré-désinfection de vos instruments médico-chirurgicaux et dispositifs médicaux. Indispensable pour éliminer les souillures organiques et minérales, il est recommandé pour les netoyages difficiles et les nettoyages en cuve à ultrasons.

AVANT DE COMMENCER

- Mettre des gants appropriés.

MODE D'EMPLOI

- Dilution à 2%.
- Temps de contact : 15 minutes.

ATTENTION

- Renouveler le bain de nettoyage après chaque utilisation.
- **Précautions d'emploi :**

se référer à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

- Bactéricide : NF EN 1040, NFT 72-170.
- Fongicide : NF EN 1275 (Candida Albicans).
- Virucide : HIV, HBV.

1. **Dilution à 2%.**
Bidon de 5L : 1 pression de pompe pour 1L d'eau.
Flacon de 1L : 1 Dose de 20 ml par litre d'eau.



2. **Immergez totalement les instruments 15 minutes pour une efficacité microbiologique (bactéries, levures, moisissures et virus).**

3. **Brossez si nécessaire afin d'éliminer toute les souillures visibles.**

4. **Rincez soigneusement sous eau courante.**

5. **Essuyer avec un champ propre.**

6. **Enfermer les instruments dans un emballage, puis stériliser.**

hygitech
25 Rue Bleue
75009 Paris
FRANCE

L'HYGIENE ABSOLUE

L'HYGIENE ABSOLUE